

| Измерения, тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | | Примечание |
|---|---|---|------------|
| | диапазон измерений | Погрешность, и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных Дозиметры рентгеновского излучения клинические | $(1 - 1 \cdot 10^4) \text{ cГр} \cdot \text{м}^2$ | ПГ ± (15 + 35/P) % | |