

Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
	диапазон измерений	Погрешность, и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4
Элементы измерительных систем			
Логометры	(73 – 923) К	КТ 1; 1,5	
Мосты уравновешенные автоматические	(73 – 923) К	КТ 0,25; 0,5; 1	
Преобразователи измерительные	[(-100) – 100] мВ (1 – 10000) Ом	КТ 0,05 КТ 0,1 и ниже	