

Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
	диапазон измерений	Погрешность, и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4
Измерения физико-химического состава и свойств веществ			
Газоанализаторы одного негорючего компонента CO	(0 – 200) мг/м ³	ПГ ± (2,0 – 25) %	
Газоанализаторы одного негорючего компонента CH ₄	(0 – 5) % об.	ПГ ± (0,15 – 0,5) %	